

Aan alle betrokkenen

Datum  
30-09-2020

## **Verklaring van Olympus over Ripple20**

Het JSOF-onderzoekslab heeft onlangs een reeks zero-day-kwetsbaarheden ontdekt in een veelgebruikte low-level TCP/IP-softwarebibliotheek ontwikkeld door Treck Inc. (CVE-2020-11896/CVE-2020-11898 whitepaper). Na zorgvuldige analyse van de situatie stellen we hierbij dat geen enkel door Olympus ontwikkeld medisch product kwetsbaar is bevonden voor een van de bekende Ripple20-kwetsbaarheden. We zullen de verklaring bijwerken zodra er nieuwe informatie met betrekking tot de Ripple20-kwetsbaarheden beschikbaar is.

### Achtergrondinformatie

Olympus is op de hoogte van de lopende ontwikkelingen met betrekking tot de recente openbare rapporten over verschillende kwetsbaarheden die van invloed zijn op de Treck TCP/IP-stack, gezamenlijk bekend als Ripple20, en we blijven de ontwikkelingen volgen. Succesvol misbruik van deze kwetsbaarheden kan leiden tot uitvoering van externe code of blootstelling van gevoelige gegevens.

#### **OLYMPUS SURGICAL TECHNOLOGIES EUROPE**

Olympus Winter & Ibe GmbH, Kuehnstraße 61, 22045 Hamburg, Duitsland, Postfach 70 17 09, 22017 Hamburg

Telefoon: 040 669 66-0, fax: 040 669 66-2109, [www.olympus-oste.eu](http://www.olympus-oste.eu)

Geschäftsführer: Dr. André Roggan (Vorsitzender), Kazutaka Eguchi, Dr. Christian Meyer, Tomohisa Sakurai, Akihiro Taguchi,  
Carl Constantin Zangemeister, Reinhard Zentner

Sitz der Gesellschaft: Amtsgericht Hamburg HRB 16 328