

Aan alle betrokkenen

Datum

06-01-2021

## **Verklaring van Olympus over Log4J-kwetsbaarheid CVE-2021-44228**

Geachte mevrouw/meneer,

Op 9 december is een zero-day-aanval in log4j, een Java-logging-bibliotheek, gepubliceerd. De aanval is gepubliceerd met een Proof of Concept-tool en maakt uitvoering van externe code mogelijk door een bepaalde string te loggen. Aangezien de impact van de aanval kritiek is en het misbruik eenvoudig plaatsvindt zonder gebruikersinteractie, wordt de kwetsbaarheid in log4j beoordeeld met een CVSS-score van 10,0. De kwetsbaarheid wordt ook wel Log4Shell genoemd.

Na zorgvuldige analyse van de Olympus-producten stellen we hierbij vast dat er geen apparaten of oplossingen die door Olympus Medical Systems worden gedistribueerd, kwetsbaar zijn bevonden voor CVE-2021-44228. We zullen deze verklaring bijwerken zodra er nieuwe informatie met betrekking tot de log4shell-kwetsbaarheid beschikbaar is.

### **OLYMPUS SURGICAL TECHNOLOGIES EUROPE**

Olympus Winter & Ibe GmbH, Kuehnstraße 61, 22045 Hamburg, Duitsland, Postfach 70 17 09, 22017 Hamburg

Telefoon: 040 669 66-0, fax: 040 669 66-2109, [www.olympus-oste.eu](http://www.olympus-oste.eu)

Geschäftsführer: Dr. André Roggan (Vorsitzender), Kazutaka Eguchi, Dr. Christian Meyer, Tomohisa Sakurai, Akihiro Taguchi,  
Carl Constantin Zangemeister, Reinhard Zentner

Sitz der Gesellschaft: Amtsgericht Hamburg HRB 16 328